Универсальный глюкометр
SD CHECK GOLD

SD Biosensor
(Корея)

Основные характеристики

- Принцип измерения: электрохимический на основе глюкозооксидазного метода
- Время измерения: 5 секунд
- Объем пробы капиллярной крови: 0,9 мкл
- Диапазон измерения: 0,6 – 33,3 ммоль/л
- Воспроизводимость: соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 15197
- Автоматическая калибровка с помощью кодирующего чипа
- Оповещение об ошибках
- Контрастный жидкокристаллический дисплей
- Память на 400 результатов с регистрацией времени и даты
- Расчет средних значений за 7, 14 и 30 дней
- Работа в режиме энергосбережения
- Выполнение более 10 000 тестов до замены элемента питания
- Доступны контрольные материалы для проверки работы прибора и тест-полосок
- Габариты: 44x92x18 мм

кат.№ 01GC10

Комплект поставки прибора

Глюкометр, 10 тест-полосок, контрольная полоска, кодирующий чип, 10 ланцетов, устройство для прокалывания пальца, элемент питания CR 2032, футляр, инструкция к прибору и тест-полоскам на русском языке, дневник самоконтроля

Тест-полоски (2x25 шт.)
кат.№ 01GS10

Двухуровневый контрольный материал
кат.№ 01GCS10

Специальное предложение

Условия бесплатного получения глюкометра уточняйте в офисе продаж ЗАО «АНАЛИТИКА»

ЗАО «АНАЛИТИКА»
Москва
8 495 737 0363
info@analytica.ru
www.analytica.ru

АНАЛИТИКА

ЗАО «АНАЛИТИКА» — авторизованный представитель компании SD Biosensor, Inc. (Республика Корея) в России с 2008 года

07.06.18

Иммуноферментные тест-системы для лабораторной диагностики сахарного диабета

EUROIMMUN (Германия)
Mercodia (Швеция)
Biomerica (США)

- Тест-системы отличаются удобством в работе, стрипы разделяются на отдельные лунки
- Моноклональные антитела, входящие в состав тест-систем, обеспечивают высокую воспроизводимость результатов

Название и производитель	Кат.№	Описание
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты, Biomerica	7009	IgG, количественное определение
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты, Euroimmun	EA1022-9601G	IgG, количественное определение
Антитела к тирозинфосфатазе, Euroimmun	EA1023-9601G	IgG, количественное определение
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты и тирозинфосфатазе, Euroimmun	EA1022-9601-1G	IgG, количественное определение суммарного содержания антител
Аутоантитела к клеткам островков Лангерганса, Biomerica	7010	IgG, качественное определение
Аутоантитела к инсулину, Biomerica	7011	IgG, качественное определение
Инсулин [1], Mercodia	10-1113-01	диагностика и мониторинг терапии инсулинзависимого сахарного диабета; чувствительность 1 мЕд/л
Инсулин (ультрачувствительный) [2], Mercodia	10-1132-01	для низких концентраций инсулина; чувствительность 0,07 мЕд/л
Изо-инсулин, Mercodia	10-1128-01	суммарное определение человеческого и рекомбинантного инсулинов, в том числе инсулинов лизпро (Humalog®) и аспарт (NovoRapid®)
Проинсулин [3], Mercodia	10-1118-01	чувствительность 0,5 пмоль/л
С-пептид, Mercodia	10-1136-01	диагностика и мониторинг терапии инсулинзависимого сахарного диабета; чувствительность 25 пмоль/л
С-пептид (ультрачувствительный), Mercodia	10-1141-01	для низких концентраций С-пептида; чувствительность 2,5 пмоль/л
Контрольный материал на маркеры диабета, Mercodia	10-1164-01	2-х уровневый, лиофилизированный, на основе сыворотки человека; для наборов на инсулин, С-пептид и проинсулин (Mercodia)

[1] – тест-системы для определения инсулина крыс, мышей, крупного рогатого скота, овец, свиней доступны по запросу
[2] – тест-системы для определения низких концентраций инсулина крыс и мышей доступны по запросу
[3] – тест-системы для определения проинсулина крыс доступны по запросу

АНАЛИТИКА

Все диагностикумы зарегистрированы в Росздравнадзоре
ЗАО «АНАЛИТИКА» — авторизованный представитель компаний Mercodia A.B. (Швеция), Euroimmun AG (Германия) и Biomerica Inc. (США) в России

07.06.18